



NITRILHANDSCHUHE

JOSERA HEALTH CARE

IMMER GUT GESCHÜTZT

Produktinformationen



Unsere Handschuhe sind aus hochwertigem Nitril gefertigt. Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der Latex in seinen Eigenschaften sehr ähnlich ist. Nitrilhandschuhe haben allerdings den entscheidenden Vorteil, dass sie auch von Latex-Allergikern getragen werden können.

Nitrilhandschuhe sind sehr elastisch und reißfest. Zudem bieten sie eine optimale Passform und haben eine sehr gute Hautverträglichkeit, da sie Wärme gut ableiten und dadurch schwitzende Hände vermieden werden. Auch nach längerem Tragen bleibt so ein gutes Tastempfinden erhalten. Die hochwertigen Handschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Lösungsmittel, Viren, Fette und Öle. Damit eignen sie sich für den medizinischen, kosmetischen, handwerklichen und industriellen Bereich sowie zum Einsatz im Lebensmittelbereich.

- ✓ medizinischer Einmalhandschuh aus Nitril unsteril, puderfrei
- ✓ Finger texturiert
sehr gutes Tastempfinden
- ✓ hohe Elastizität und Grifffestigkeit
- ✓ ideal für empfindliche Anwender
Latexallergie Typ I

- ✓ CE | AQL 1,5
- ✓ Normen: EN 420, EN 455, EN 374-2 Level, EN 374-3:2003
- ✓ Medizinprodukt Kl. I gem. RL/93/42/EWG
- ✓ Einmal Schutzhandschuh Kategorie III Typ B gem. PSA Verordnung

**EU Konformitätserklärung nach der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
und der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung**

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass der Artikel

**NOREAS - JOSERA Health Care
NITRIL - Einmal-Untersuchungshandschuhe**

* übereinstimmt mit den Bestimmungen gemäß Anhänge der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte und die Anforderung der harmonisierten Normen erfüllt.

EN 455-1:2000

EN 455-2:2015

EN 455-3:2006

EN 455-4:2009

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Klassifizierung nach Anhang

* übereinstimmt mit der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und die Anforderung der harmonisierten Normen

EN ISO 374-1:2016

EN ISO 374-4:2013

EN ISO 374-5:2016

und den Normen erfüllt.

EN 420:2003 + A1:2009

Bei diesem Produkt handelt es sich um PSA der Kategorie III und ist identisch mit der PSA, die Gegenstand der von SATRA (CE Nr. 0321) ausgestellten EU Baumusterprüfungsbescheinigung Nr.

0321 / 10015-02 / E00-00

war und dem Verfahren nach Modul C2 der Verordnung (EU) 2016/425 unterliegt.

Gundelfingen, den 06.03.2021

Norbert Göttfert

Geschäftsführer

Diese Konformitätserklärung hat eine Gültigkeit bis zum 20.05.2021.

EU Type-Examination Certificate

Certificate number: 2777/12062-01/E00-00

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant standards/technical specifications and examination of the technical file documentation:

Following the EU Type-Examination this product group has been shown to satisfy the applicable essential health and safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as a Category III product.

Product reference: PFNBR244
Description: Powder free Nitrile examination gloves

Sizes: 7 – 10

Classification:

EN ISO 374-1:2016/Type C	Level	EN 374-4:2013 Degradation %
25% Ammonium hydroxide	1	60.8
40% Sodium hydroxide	6	-10.1
37% Formaldehyde	6	45.4

EN ISO 374-5:2016

Protection against bacteria and fungi	Pass
Protection against viruses	N/A

Standards/Technical specifications applied:

EN 420: 2003+A1: 2009; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016

Technical reports/Approval documents:

SATRA: SPC0271175/1821/4, CHM0271163/1821/JS/B, CHM0271163/1821/JS/A

Signed on behalf of SATRA:



Mohammed Rahman



Austin Simmons

Date first issued: 26/02/2019

Date of issue: 26/02/2019

Expiry date: 26/02/2024